



CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.

Bytom, dnia 10.11.2017r.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. „**Dostawa sprzętu medycznego:**

Zadanie 1. Dostawa defibrylatorów

Zadanie 2. Dostawa respiratorów do zestawów przenośnych i wozów bojowych (10 szt.)

Zadanie 3. Dostawa przenośnych aparatów USG do procedur ratowniczych (2 szt.)

Zadanie 4. Dostawa urządzeń do kompresji klatki piersiowej do wozów bojowych (5 szt.)

Zadanie 5. Dostawa pulsoksymetrów do zestawów przenośnych i wozów bojowych (10 szt.)

Zadanie 6. Dostawa zestawów opatrunków hydrożelowych na oparzenia do wozów bojowych (10 szt.)

Zadanie 7. Dostawa zestawów szyn usztywniających zabezpieczających urazy do wozów bojowych (5 szt.)

Zadanie 8. Dostawa zestawów do wkluc doszpikowych do zestawów przenośnych i wozów bojowych (10 szt.).”

Pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 3.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 3 pozycję: przenośny aparat USG do procedur ratowniczych.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga dostawy sprzętu zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści system o dynamice 200dB z tolerancją +/-10%?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga dostawy sprzętu zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający zamiast gładzika dopuści trackball, który jest bardziej funkcjonalny i przyjęty w ultrasonografii, szczególnie w aparatach klasy PREMIUM?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza trackball.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści częstotliwość odświeżania w trybie B min. 435 fps co w żadnym stopniu nie pogorszy parametrów obrazowania, gdyż bezwładność oka ludzkiego nie jest w stanie odróżnić więcej niż 200 fps.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga dostawy sprzętu zgodnie z opisem w SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający na skutek pisma jednego z potencjalnych wykonawców, koryguje zapisy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 1. Pn. Dostawa defibrylatorów.

W SIWZ Część C, pkt. 2 opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 pn. Dostawa defibrylatorów w tabeli pierwszej o nazwie DEFIBRYLATOR DO WOZÓW BOJOWYCH – 5 SZT. oraz w tabeli pierwszej o nazwie DEFIBRYLATOR DO ZESTAWÓW PRZENOŚNYCH – 5 SZT zmianie ulegają:

DEFIBRYLATOR DO WOZÓW BOJOWYCH – 5 SZT.

6	BYŁO: Defibrylacja dwufazowa w trybie ręcznym i automatycznym ,za pomocą łyżek zewnętrznych i elektrod wielofunkcyjnych, regulacja energii w zakresie min. 2-200J zarówno z łyżek zew jak i panelu defibrylatora , dostępne min.20 poziomów energii zew, gotowość do defibrylacji max energią do 7 s. , możliwość wykonania kardiowersji
6	JEST: Defibrylacja dwufazowa w trybie ręcznym i automatycznym ,za pomocą łyżek zewnętrznych i elektrod wielofunkcyjnych, regulacja energii w zakresie min. 2-200J zarówno z łyżek zew jak i panelu defibrylatora, gotowość do defibrylacji max energią do 7 s. , możliwość wykonania kardiowersji
7	BYŁO: Ekran kolorowy LCD o przekątnej min 6,5" , Możliwość wyświetlenia 4 krzywych dynamicznych jednocześnie
7	JEST Ekran kolorowy LCD o przekątnej min 6" , Możliwość wyświetlenia 3 krzywych dynamicznych jednocześnie
15	BYŁO: Częstotliwość stymulacji regulowana w zakresie min. 30-180 imp/min , prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 10-140 mA
15	JEST Częstotliwość stymulacji regulowana w zakresie min. 40-170 imp/min , prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 10-140 mA
19	BYŁO: Funkcja wspomagania resuscytacji krążeniowo-oddechowej z informacją zwrotną o prawidłowości uciśnień klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnień.
19	JEST: Zapis wykreślono
20	BYŁO: Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnień klatki piersiowej z zalecaną częstością.
20	JEST: Zapis wykreślono

DEFIBRYLATOR DO ZESTAWÓW PRZENOŚNYCH – 5 SZT.

18	BYŁO: Okres gwarancji na urządzenie min. 6 lat
18	JEST: Okres gwarancji na urządzenie min. 4 lata

Zmianie ulegają również kryteria oceny w zakresie Zadania 1.

BYŁO:

Kryteria oceny dla Zadania 1.

- | | |
|---------------------|------|
| 1) Cena | 60 % |
| 2) Ocena techniczna | 40 % |

Ad. 1. Cena

Zamawiający przyjmuje do oceny cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Punkty za oferowaną cenę oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową, przyznając jej maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt.. Punkty dla pozostałych ofert oblicza się wg wzoru:

Cena najniższa

----- x 100 pkt. = ilość punktów dla danej oferty

Cena danej oferty

Ad.2 Ocena techniczna

	Parametr punktowany	Punktacja
	DEFIBRYLATOR DO WOZÓW BOJOWYCH – 5 SZT	
1	Pomiar ciśnienia w trakcie napełniania mankietu, zsynchronizowany pomiar RR z kablem EKG	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
2	Wyświetlanie na ekranie w formie numerycznej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnień klatki piersiowej oraz prezentacja graficzna wykresu głębokości i relaksacji uciśnień klatki piersiowej	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
3	Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
4	Bezprzewodowa transmisja danych w systemie WiFi	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
5	Port USB do transferu danych do komputera PC	Tak – 10 pkt. Inne rozwiązanie – 0 pkt.
	DEFIBRYLATOR DO ZESTAWÓW PRZENOŚNYCH – 5 SZT.	
6	Tryb pediatryczny włączany za pomocą dedykowanego przycisku, zmiana poziomów energii defibrylacji i algorytmu analizy EKG na specyficzne i zalecane dla pacjentów pediatrycznych	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
7	Jedna elektroda dedykowana dla dorosłych i dzieci	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
8	Ekran dotykowy	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
9	Możliwość wyposażenia aparatu w opcję zdalnego, bezprzewodowego monitorowania gotowości do interwencji (w tym poziomu naładowania baterii, wyników autotestów, upływu okresu przydatności elektrod oraz baterii)	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
10	Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
	Łączna max liczba punktów	100 pkt

JEST:

Kryteria oceny dla Zadania 1.

- | | |
|---------------------|------|
| 1) Cena | 60 % |
| 2) Ocena techniczna | 30 % |
| 3) Okres gwarancji | 10 % |

Ad. 1. Cena

Zamawiający przyjmuje do oceny cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Punkty za oferowaną cenę oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową, przyznając jej maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt.. Punkty dla pozostałych ofert oblicza się wg wzoru:

Cena najniższa

----- x 100 pkt. = ilość punktów dla danej oferty

Cena danej oferty

Ad.2 Ocena techniczna

	Parametr punktowany	Punktacja
	DEFIBRYLATOR DO WOZÓW BOJOWYCH – 5 SZT	
1	Pomiar ciśnienia w trakcie napełniania mankietu, zsynchronizowany pomiar RR z kablem EKG	Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.
2	Wyświetlanie na ekranie w formie numerycznej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnień klatki piersiowej oraz prezentacja graficzna wykresu głębokości i relaksacji uciśnień klatki piersiowej	Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.
3	Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
4	Bezprzewodowa transmisja danych w systemie WiFi	Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.
5	Port USB do transferu danych do komputera PC	Tak – 5 pkt. Inne rozwiązanie – 0 pkt.
6	Funkcja wspomagania resuscytacji krążeniowo-oddechowej z informacją zwrotną o prawidłowości uciśnień klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnień.	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
7	Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnień klatki piersiowej z zalecaną częstością.	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
	DEFIBRYLATOR DO ZESTAWÓW PRZENOŚNYCH – 5 SZT.	
8	Tryb pediatryczny włączany za pomocą dedykowanego przycisku, zmiana poziomów energii defibrylacji i algorytmu analizy EKG na specyficzne i zalecane dla pacjentów pediatrycznych	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
9	Jedna elektroda dedykowana dla dorosłych i dzieci	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
10	Ekran dotykowy	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
11	Możliwość wyposażenia aparatu w opcję zdalnego, bezprzewodowego monitorowania gotowości do interwencji (w tym poziomu naładowania baterii, wyników autotestów, upływu okresu przydatności elektrod oraz baterii)	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
12	Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
	Łączna max liczba punktów	100 pkt

Ad. 3 Okres gwarancji

Zamawiający przyjmuje do oceny termin gwarancji na cały przedmiot zamówienia.

Punkty za termin gwarancji oblicza się przyjmując za podstawę najdłuższy termin gwarancji, przyznając danej ofercie maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt. Punkty dla pozostałych ofert oblicza się wg wzoru.

Termin w danej ofercie

----- x 100 pkt. = ilość punktów dla danej oferty

Termin najdłuższy

Powyższe informacje nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie ich w ofertach, w związku z czym nie zachodzi konieczność przedłużania terminu składania ofert tj. nie ma zastosowania art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579).

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM FORMALNOPRAWNYM

K1-2730
RADCA PRAWNY
Aleksandra Szumilas

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
WICEPRZES D.S. TECHNICZNYCH

mgr Krzysztof Kuźbiera

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
WICEPREZES D.S. TECHNICZNYCH

mgr inż. Andrzej Kleszcz